



تاریخ اجرا: ۹۷/۱۰/۱۷  
Execution Date: 07.01.2019  
LQS-F40542-00  
صفحه ۱ از ۱  
Page 1 of 1

## آزمایشگاه معاونت غذا و دارو هرمزگان

### چک لیست ممیزی واحد تولیدی بسته بندی فلزی

نام کارخانه:			نام مسئول فنی حاضر:		شماره موبایل:		تاریخ بازدید:			
نشانی و تلفن:			نام محصولات تولیدی:		علت بازدید:					
لیست آزمونها، تجهیزات، لوازم و مواد در بخش شیمیایی بسته بندی فلزی (ISIRI-2327)										
آزمون ها	فعال	غیرفعال	تجهیزات	موجود	ناقص	مارک دستگاه	لوازم	موجود	ناقص	مواد و محلولهای شیمیایی
میزان خلا			هود شیمیایی							استن
یکنواختی لاک بدنه			انکوباتور ۴۰ درجه							سولفات مس
چسپندگی لاک بدنه			میکرومتر دوخت							
مقاوت فیلم خشک در برابر استن			فشار سنج							
درصد فضای آزاد			در بازکن							
درصد درگیری قلابها			کولیس							
یکنواختی لاک درب			تیغ جراحی							
چسپندگی لاک درب			چسپ سلولزی (تست۴۲۰۲)							
وضعیت ظاهری قوطی			ذره بین							
مقاومت پوشش داخلی در براب برابر موادغذایی یا معادل آن			قیچی آهن بر							

ردیف	شرح	قابل قبول	غیرقابل قبول	ردیف	شرح	قابل قبول	غیرقابل قبول	ردیف	شرح	قابل قبول	غیرقابل قبول
۱	فعال بودن هود شیمیایی			۲۱	رعایت مسایل فنی در ساخت کف ها، دیوارها، سقف آزمایشگاه			۱۱	مطابقت روشها با آخرین ویرایش استانداردهای ملی ایران		
۲	کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه به همراه مستندات			۲۲	فضای فیزیکی آزمایشگاه			۱۲	تاریخ اعتبار مواد شیمیایی در آزمایشگاه		
۳	وجود SOP و نحوه انجام آزمونهای شیمیایی			۲۳	کارایی لازم تهویه و داشتن نور کافی مناسب آزمایشگاه			۱۳	شرایط نگهداری مواد شیمیایی (حلالها، پودرها...)		
۴	وجود دستورالعمل نحوه کار با دستگاههای شیمیایی			۲۴	گذراندن آموزشهای ادواری جهت مسئول فنی			۱۴	مناسب بودن شرایط نگهداری مواد استاندارد (یافرها...)		
۵	ثبت مشخصات نمونه های ارسالی به آزمایشگاه			۲۵	شرایط بهداشتی آزمایشگاه			۱۵	داشتن برچسب مشخصات کامل بروی محلولها و معرفهای تهیه شده (نام محلول، تاریخ ساخت، نام سازنده)		
۶	اطلاعات کامل نمونه در فرم پاسخ به نمونه			۲۶	اقدام در جهت کنترل حشرات و جانوران موذی			۱۶	کنترل و ثبت کیفیت آب مقطر مصرفی		
۷	مطابقت آمارهای ارسالی با دفاتر روزانه و ثبت گزارش			۲۷	وضعیت آزمایشگاه از لحاظ رعایت اصول ایمنی (کیسول آشنشانی □ جعبه کمکهای اولیه □ روش ضدحریق □)			۱۷	کنترل مسئول فنی در خصوص صحت عملکرد دستگاههای آزمایشگاه		
۸	شرایط نگهداری نمونه ها متناسب با نوع نمونه							۱۸	کنترل مسئول فنی در خصوص پرسنل آزمایشگاه		
۹	نگهداری نمونه های شاهد							۱۹	ارسال گزارش آمار ماهیانه با تایید و امضاء و مسئول فنی به اداره غذا و دارو		
۱۰	مدت زمان نگهداری نمونه های شاهد طبق ضوابط							۲۰	بایگانی مناسب نتایج آزمایشات انجام شده بروی نمونه		